

Tipologia di Rdo: Confronto di preventivi

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

SONDA NTC10K DOTATA DI BRACCIO MOBILE E DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE INTERROMPE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E IL RISCALDAMENTO DELLA VASCA QUANDO SI ASPORTA LA VASCHETTA. VASCHETTA PIREX ASPORTABILE (CAPACITA' CA. 1,2 LITRI) PER UNA SEMPLICE OPERAZIONE DI RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO. LAMPADA NEON DA 6 WATT CHE ILLUMINI LA VASCA PER FACILITARE LA RACCOLTA DELLE SEZIONI. PIASTRA ASCIUGA VETRINI IN GRADO DI OSPITARE FINO A 24 VETRINI, SITUATA NELLA PARTE POSTERIORE.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

REGOLAZIONE TEMPERATURA DI LAVORO (BAGNO STENDI FETTE): DA +20°C A +70°C, TRAMITE TERMOSTATO ELETTRONICO CON MICROPROCESSORE, PRECISIONE DI LETTURA +/-1°C. CONTROLLO PROPORZIONALE DELLA TEMPERATURE (PID). METODO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA TRAMITE Sonda NTC10K IMMERSA DIRETTAMENTE NELL'ACQUA. MODIFICA E VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI DI LAVORO: TRAMITE PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY DIGITALE DECIMALE. REGOLAZIONE TEMPERATURA DI LAVORO (PIASTRA ACIUGA VETRINI) DA +20°C A +65°C TRAMITE TERMOSTATO MANUALE ANALOGICO. (N.B.) IL FONDO SCALA FINO A 90°C NON E' UTILIZZABILE.

Dati Principali**Numero RDO**

5337716

Nome RDO

ACQUISTO DI N. 4 BAGNI TERMOSTATICI STENDI FETTE - FASC. PRIV 236/25

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Indagine di mercato

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

Gennaro Privitera

PRVGNR64T25F839N

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIA NICOLETTA MERCURI MRCMNC63H68A783K

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
BENEVENTO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
BENEVENT...

Date

Pubblicazione

07/05/2025 12:25

Inizio presentazione offerte

07/05/2025 12:25

Termine ultimo presentazione offerte

20/05/2025 12:00

Data limite stipula contratto

30/06/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

15

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

33100000-1

Descrizione

Apparecchiature mediche

Categoria

 Apparecchiature
elettromedicali-Mepa

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 6.000,00

Dati consegna e fatturazione

AORN "SAN PIO" - 82100 - BENEVENTO - C.F./P.IVA 01009760628

Documentazione Gara



MODELLO RICHIESTA PREVENTIVO.docx

14.3 Kb

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

tracciabilitA.doc

23.5 Kb

TRACCIABILITA'

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

06754140157

BIO OPTICA MILANO

02705540165

DIAPATH S.p.A. Societ&agrave; a socio unico

02405040284

KALTEK SRL