

**PROCEDURA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DA
DESTINARE AL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. RUMMO DELL'A.O.R.N.
"SAN PIO" DI BENEVENTO**

Allegato B1: Parametri a punteggi

Amministrazione contraente				Operatore economico concorrente	
Para-metro	Descrizione parametro	Criterio Discrezionale (D) Quantitativo (Q) Tabellare (T)	Massimo Punteggio tecnico parziale (Ppmax)	Descrizione caratteristiche offerte	Indicazione ove reperire l'informazione/indicazione del valore posseduto
Voce 1 – Centrale di Monitoraggio					
1	Configurazione e gestione postazioni	(D) Saranno valutati positivamente la gestione di posti letto monitorizzabili oltre i 16 di minima e l'interfaccia intesa come modalità di azione per la gestione dei pazienti, degli allarmi e la visualizzazione dei parametri anche in termini di selezione ed ampliamento dei tracciati	14		
2	Memorizzazione	(D) Sarà valutata positivamente la capacità massima di registrazione in termini di quantità e durata dei parametri e dei tracciati	4		

		memorizzabili oltre quella di minima			
3	Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti	(D) Saranno valutati positivamente gli ulteriori elementi migliorativi e di pregio che consentono una migliore gestione del sistema	2		
Totale sub-punteggio tecnico voce 1			20		
Voce 2 – Monitor multiparametrici					
4	Caratteristiche hardware del monitor	(D) Saranno valutate le migliori caratteristiche hardware del monitor (Risoluzione del monitor, grado di protezione IP semplicità di aggancio, ergonomia generale del sistema)	6		
5	Funzionalità dei monitor	(D) Saranno valutate le funzionalità in termini di completezza, autonomia e adattabilità all'uso clinico (es. presenza modalità "bed to bed", interconnessione tra i monitor; capacità di funzionare come postazione indipendente in caso di guasto della centrale; possibilità di configurazione personalizzata dei parametri e dei layout	14		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628.

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

		di visualizzazione; qualità e intuitività dell'interfaccia utente)			
6	Calcolatore: <ul style="list-style-type: none"> • dosaggio farmaci • parametri derivati di ossigenazione e • score di gravità • altro parametro calcolato 	(Q) Punti n. 2 per ogni monitoraggio aggiuntivo fino a 4 punti	8		
7	Estensione interfaccia	(D) Sarà valutata positivamente la possibilità di implementazione di moduli aggiuntivi oltre quelli di minima, la predisposizione per l'interfacciamento con i dispositivi esterni (es. ventilatori, emogasanalizzatori)	6		
8	Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti	(D) Sara valutato positivamente gli ulteriori elementi migliorativi e di pregio che consentono una migliore gestione del paziente in area critica	4		
9	Consegna	(Q) Sarà valutato positivamente il minor tempo di realizzazione della rete, consegna e installazione dei beni ordinati fino al	8		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

3

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313411

		<p>“pronto all’uso”</p> <p>Tempo ≤ 30 giorni → PTi= Ppmax;</p> <p>31 giorni < Tempo ≤ 45 giorni → PTi= Ppmax/2;</p> <p>Tempo > 45 giorni → PTi= 0;</p>			
10	Certificazioni parità di genere	<p>(T)</p> <p>Si possesso della certificazione = Ppmax</p> <p>UNI/PdR 125:2022 (Possesso della certificazione di parità di genere o equivalente)</p> <p>Nel caso di partecipazioni RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio solo nel caso tutti componenti la RTI e tutte le imprese esecutrici sono in possesso della certificazione indicata</p>	2		
11	Certificazione sistemi di gestione dell'energia	<p>(T)</p> <p>Si possesso della certificazione = Ppmax</p> <p>ISO 50001:2018 (Possesso della certificazione del sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001 o equivalente)</p> <p>Nel caso di partecipazioni RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio</p>	2		

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

4

Presidio Ospedaliero “Gaetano Rummo”
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria dei Liguori”
Contrada San Pietro – 82019 Sant’Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

		solo nel caso in cui tutti componenti la RTI e tutte le imprese esecutrici sono in possesso della certificazione indicata			
Totale punteggio tecnico			70		

Il Dirigente Responsabile UOS Ingegneria clinica, Ing. Gianpaolo Catalano

Il Direttore UOC Anestesia e Rianimazione, Dott. Vincenzo Colella

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111