



AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

AGLI INTERESSATI

**Procedura di Accesso delle Apparecchiature Elettromedicali all'interno
dell'Azienda Ospedaliera San Pio - Benevento**

A garanzia di un accesso controllato delle Apparecchiature Elettromedicali all'interno della Azienda Ospedaliera, ed al fine di assicurare la sicurezza e l'idoneità delle prestazioni mediante l'utilizzo delle stesse, nel rispetto delle norme tecniche e della legislazione vigente in materia, si chiede di seguire scrupolosamente la seguente procedura di accesso.

- Consegnare, salvo diverse indicazioni negli atti di gara o ordinativo di fornitura, deve avvenire presso il magazzino economale del Presidio Ospedaliero Rummo se destinate a tale Presidio, ovvero presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Presidio se destinate a quest'ultimo Presidio.
- Contattare la Società Tesi/Biomed/SOI tel. 0824/57828 email aosanpiobn@tesi-biomed.it (Global Service Residente e delegata dal Servizio di Ingegneria Clinica) per concordare la documentazione da consegnare prima del collaudo, data del collaudo e l'erogazione del corso formativo. Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere svolto in presenza del personale sanitario preposto all'uso delle apparecchiature oggetto della fornitura, del personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica.

A termine delle operazioni di consegna e installazione nei locali di destinazione, dovrà essere redatto un apposito "verbale" predisposto dal Fornitore, contenente le seguenti informazioni:

- CIG (codice identificativo gara)
- data e numero dell'ordine
- data e numero dei D.d.T.
- data di consegna
- elenco dei beni con relativi S/N, CND, repertorio dell'apparecchiatura ed i relativi accessori, dispositivi medici, ove applicabili
- data dell'avvenuta installazione
- la check-list delle operazioni effettuati al fine di rendere evidenza che la fornitura sia "pronto all'uso".

Le operazioni di accettazione e collaudo consistono nella:

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
Via dell'Angelo, 1 - Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111

1. verifica della rispondenza della fornitura all'ordine;
2. verifica della documentazione annessa (dichiarazioni di conformità a Direttive Europee, manuale d'uso in lingua italiana su supporto digitale e di cui almeno una copia in formato cartaceo, manuale service, password di sistema..)
3. per alcune tipologie di apparecchiature (impianti radiologici, risonanza magnetica..), è previsto un test di accettazione dell'apparecchiatura a cura del Fisico Sanitario/Esperto in Radioprotezione/Esperto in RM il quale rilascerà opportuno verbale di accettazione per quanto di competenza;
4. verifiche di sicurezza elettrica ad opera dell'Aggiudicatario (o suo delegato) e verifica della rispondenza alle relative norme (CEI 62-5 e norme particolari) da eseguire presso l'Unità Operativa di destinazione con propria strumentazione;
5. collaudo tecnico in contraddittorio con il Servizio di Ingegneria Clinica;
6. collaudo funzionale ad opera dell'Aggiudicatario in contraddittorio con il personale preposto alla gestione e utilizzo dell'apparecchiatura elettromedica;
7. formazione del personale utilizzatore;
8. sottoscrizione dei verbali di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il *collaudo* avrà avuto complessivamente esito positivo.

In sede di collaudo, dovrà essere costituito il "Fascicolo Macchina" dell'apparecchiatura contenente tutta la documentazione prevista.

Il corretto adempimento dei punti sopra esposti vincola l'esito positivo del collaudo tecnico, necessario per la liberazione al pagamento della relativa fattura (se nell'ambito di un contratto oneroso) e per l'autorizzazione all'uso clinico delle tecnologie.

Benevento, 29/04/2021

COLLABORATORE TECNICO
POS. ORG. Per Ing. Domenico Tiso

IL REFERENTE HTA
Dirigente Ingegnere Biomedico
Ing. Gianpaolo Catalano

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111